

KALIBRATORIUS INMEL 50



NUOLATINĖS ĮTAMPOS IR SROVĖS SIGNALŲ MATAVIMAS IR GENERAVIMAS

SROVĖS KILPA

PARAMETRAI:

- įtampų matavimas : 0 - 100mV, 0 - 10 V,
- srovių matavimas : 0 - 24 mA,
- įtampų generavimas : 0 - 100 mV, 0 - 10 V,
- srovių generavimas : 0 - 24 mA,
- įtampų diapazono paklaida : 0,02% + 2 cyfry,
- srovių diapazono paklaida : 0,015 % + 2 cyfry,
- srovės kilpos maitinimas : 24 V.

PASKIRTIS:

- matavimo keitiklių patikra ir kalibravimas,
- matavimo ir reguliavimo sistemų kontrolė, derinimas
- srovės kilpos grandžių kontrolė.

TECHNINIAI PARAMETRAI INMEL 50

MATAVIMAS IR GENERAVIMAS

DYDIS	DIAPAZO- NAS	RIBOS	SKYRA	PAKLaida ± (% vertės + 2 skaičiai)
ĮTAMPA	100mV	0 ÷ 100 mV	0,01 mV	0,02 % +2
	10 V	0 ÷ 10 V	0,001 V	0,02 % + 2
SROVĖ	24 mA	0 ÷ 24 mA	0,001 mA	0,015 % + 2
SROVĖS KILPA	24 DC			± 10 %

BENDRI TECHNINIAI DUOMENYS:

MAITINIMAS:

6 elementai AAA

APLINKOS TEMPERATŪRA :

- 10°C – 55°C

SUGOJIMO TEMPERATŪRA :

- 40°C – 60°C

TEMPERATŪRINIS KOEFICIENTAS:± 0.005 % diapazono °C aplinkos temperatūros ribose
nuo - 10°C iki 18°C ir nuo 28°C iki 55°C**SANTYKINĖ DRĖGMĖ:**

35 %...95 %

MATMENYS:

L = 204 mm; W = 99 mm; H = 46 mm

SVORIS:

460 g (su elementais)